
MÉMO AUX MEMBRES DE L'OHQ

Montréal, le lundi 6 novembre 2017

Avis de Santé Canada : rappel d'instruments médicaux

Ottawa, le vendredi 27 octobre 2017 – Le fabricant américain Zimmer Biomet Dental procède à un rappel d'instruments médicaux pour la clé hexagonale GemLock 2,5 mm, car elle pourrait comporter un défaut de fabrication pouvant nuire à la géométrie de la clé et l'empêcher de bien ajuster les composants à joindre.

La clé hexagonale RHD2.5 est distribuée individuellement, de même que dans des troussees d'instruments, comme la trousse chirurgicale pour système d'implants Tapered Screw-Vent (catalogue TSVKIT).

PRODUIT TOUCHÉ :

- ZIMMER DENTAL GEMLOCK 2.5MM HEX DRIVER

NUMÉRO DE LOT OU DE SÉRIE

- Plus de 10 numéros, contactez le fabricant.

NUMÉRO DE MODÈLE OU DE CATALOGUE

- RHD2.5
- TSVKIT

ENTREPRISE :

- Fabricant Zimmer Dental Inc., 1900 Aston Avenue, Carlsbad 92008, Californie, États-Unis

En savoir plus :

<http://canadienssante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/64976r-fra.php>